

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EC/EEA DECLARATION OF CONFORMITY

Undertecknad representerar följande tillverkare: *The undersigned representing the following manufacturer:*

Namn Name: Qmt tech ab	
Adress Address: Amerikavägen 6, SE-393 54 Kalmar	
Telefon phone no: +46 480-44 02 00	Fax fax no: +46 480-44 00 10

Härmed försäkras att produkt *herewith declares that the product*

materials/typ <i>type of equipment:</i> Tryckvakt, Tryckövervakare/ <i>Pressure supervising unit</i>
fabrikat/varumärke <i>brand name/trade mark:</i> Qmt tech ab
modell/typbeteckning <i>model/type:</i> QMT 791ABCD-ZZ, QMT 7TVXXX, QMT 7TRXXX, QMT8XXXXXXXXXXXXXXXXX <i>(för produktnyckel se Teknisk fil/for product key see Technical file)</i>
batch-/serienummer <i>batch/serial number:</i> Numret genereras vid varje ny arbetsproduktion/ <i>with every new production</i>

överensstämmer med bestämmelser i följande EG-direktiv: *is in conformity with the provision of the following EC directive:*

referens nr <i>reference no</i>	titel <i>title:</i>
93/42/EEC	Medicindirektivet/ <i>Medical Device Directive</i>

och att aktuella standarder och/eller tekniska specifikationer är tillämplade. *and that the valid standards and/or technical specifications have been applied.*

referens nr <i>reference no</i>	titel <i>title:</i>
EN ISO 9170-1	Terminal units for medical gas pipeline systems – Part 1
EN ISO 7396-1	Medical gas pipeline systems – Part 1
EN ISO 10524-2	Pressure regulators for use with medical gases – Part 2
EN ISO 5359	Anaesthetic and respiratory equipment – Low Pressure hose assemblies for use with medical gases
EN 837-1	Pressure gauges – Part 1

Andra referenser/informationer *Other references/information:*

Certifierad och godkänd av TÜV NORD CERT GmbH, certifikat nr 44 232 160347

Certified and approved by TÜV NORD CERT GmbH, certificate no. 44 232 160347

TÜV Nord Cert, Notified Body No. 0044

Langemarksstrasse 20

45141 Essen

Härmed intygas att riskhanteringsrapport utförts och kvarvarande risker är försumbara. *Herewith declares that the risk analysis is done and that the remaining risks are negligible.*

Kalmar
plats *place*

2019-06-17
datum *date*


underskrift R&D chef *signature R&D Manager*


underskrift *signature*

Lars-Olof Runesson, *General Manager*

(Namn och befattning av behörig undertecknare) *(Name and function of the signatory empowerment to bind the manufacture or his representative).*